

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений №11

«Приобретение медицинских изделий»

для КГП на ПХВ «Жарминская районная больница» УЗ Абласти Абай

В соответствии с Законом РК «О государственных закупках» № 434-V, Постановление Правительства Республики Казахстан от 04.06.2021 № 375 " Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

провело закуп

с. Калбатау

14 часов 30 минут 14.02.2023 г

КГП на ПХВ «Жарминская районная больница» УЗ Абласти Абай

ул.Мустанбаева,108.

Адм корпус

№ Лота	Наименование лота	Техническая спецификация	Ед изм	Кол-во	Цена	Выделенная сумма, тенге	Срок и условия поставки
1.	Тест-полоски для определения протромбинового времени	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения протромбинового времени и МНО в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	упаковка	36	17955	646380	После подписания договора по устной заявке в течение года
2.	Тест-полоски для определения концентрации фибриногена	Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения концентрации фибриногена в цельной цитратной крови. Тест-	упаковка	20	56544	1130880	После подписания договора по устной заявке в течение года

		<p>полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.</p>					
3.	Тест-полоски для определения АПТВ	<p>Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения АПТВ в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.</p>	упаковка	10	32016	320160	После подписания договора по устной заявке в течение года
4.	Тест-полоски для определения тромбинового времени	<p>Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения тромбинового в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна</p>	упаковка	10	60840	608400	После подписания договора по устной заявке в течение года

		располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.					
5.	Контрольный материал для клоттинговых тестов	Специальный контрольный материал для проведения QC клоттинговых тестов при выполнении исследований с помощью тест-полосок на анализаторе коагуляции закрытого типа OCG-102. Контрольный материал представляет из себя плазму со специальной обработкой цитратом натрия. Контроль должен быть двухуровневым и состоять из двух флаконов с нормальным и патологическим диапазонами. Обязательное наличие аттестованных референтных значений.	упаковка	1	88000	88000	После подписания договора по устной заявке в течение года
	итого					2793820,00	

Сумма, выделенная для закупа 2793820,00 тенге (Два миллиона семьсот девяносто три тысячи восемьсот двадцать тенге 00 тиын)

2. Следующий потенциальный поставщик предоставил ценовые предложения:

2.1. ТОО «МедТехСервис», РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 39/2, 12 ч. 10 мин., 13.02.2023г который был рассмотрен:

Наименование поставщика	№ лота	Цена, указанная в заявке, тенге	Сумма, тенге	Квалификационные требования
ТОО «МедТехСервис»	1	17955,00	646380,00	Соответствует
итого	1	17955,00	646380,00	
ТОО «МедТехСервис»	2	56544,00	1130880,00	
итого	2	56544,00	1130880,00	
ТОО «МедТехСервис»	3	32016,00	320160,00	

итого	3	32016,00	320160,00	
ТОО «МедТехСервис»	4	60840,00	608400,00	
итого	4	60840,00	608400,00	
ТОО «МедТехСервис»	5	88000,00	88000,00	
итого	5	88000,00	88000,00	

1. По лоту №1,2,3,4,5 признать выигрышным ТОО «МедТехСервис», так как является единственным поставщиком. и заключить с ним договор.
2. ТОО «МедТехСервис» предоставляет Заказчику в течении десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 141 Правил.

Председатель комиссии :

Член комиссии:

Секретарь:

Сейтханова С.Т.

Мырзакова К.Т.

Тусупбаева С.К.

Болсынбекова К.Ж.